

T.C.NECMETT N ERBAKAN ÜN VERS TES MERAM TIP  
FAKÜLTES HASTANES

TEKLİF STEME FORMU

Stem No : 78392  
Alım No : 21/1951  
Talep Eden Birim : GENEL CERRAH SERVİSİ  
Konu : GENEL CERRAH SERVİSİ Ç N 4 KALEM MALZEME ALIM  
Son Teslim Tarih & Saat : 01.11.2021 10:00

26.10.2021

HT YAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	OTOMAT K KL P ATICI 11.5 MM		OR2970 - 247.	30,00	ADET		
2	L NEER KAPATICI STAPLER OTOMAT K 60 MM (KALIN DOKU)		OR3000 - 187.	30,00	ADET		
3	OTOMAT K KL P ATICI 13 MM		OR2980 - 245.	30,00	ADET		
4	OTOMAT K KL P ATICI 9 MM		OR2960 - 209.	30,00	ADET		

NOT:TEKNİK ARTNAMESLER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

A A İDA YER ALAN HUSUSLAR DARI ARTNAME HÜKÜMLERİN OLUŞTURMAKTADIR.  
DÖRÜDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR DARI ARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETME  
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmi şe yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kağıtler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktılarını ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde oluşacak kurum zararını malzeme faturasüklenciyeye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, teklif takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca teklif takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimini yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilatı yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Dörudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması, tanımlı sut koduyla etiketlenmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/ilem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan listede kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödemiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

**NOT:**

- 1-F RMLARIN TEKL FLER NDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAY L K BELGELER N VERMELER MECBUR D R.
- 2-F RMLARIN TEKL F ETT KLER ÜRÜNLER N SGK VE SA LİK BAKANLI I ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKL FLER DE ERLEND RMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA U RAMASI DURUMUNDA LG L F RMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAK NAK T DURUMUNA GÖRE,MAL YE BAKANLI ININ BEL RLEM OLDU U ÖDEME PLANI ÇERÇEVES NDE YAPILACAKTIR.

**TB12665**

**OTOMAT K KL P ATICI 9 MM(30 ADET)**

1. Klip atıcı açık cerrahi için kullanıma uygun olmalıdır.
2. ağıft uzunlu u en az 20 cm olmalıdır.
3. nce açılı a zı ile görüşü kolaylı ı sa lamalı, ligasyon yerine ula ım için ilave mobilizasyona gerek bırakmamalıdır.
4. Kliplerin dokuda kapandıktan sonra kaymaması için üzerindeki çıkıntı ve girintilerin birbirine kenetlenmesini sa layacak super interlock sistemi bulunmalıdır.
5. Klabin dokuda kapanmadan önce çene a ız açıklı ı en az 2.1 mm, kapandıktan sonraki uzunlu u en az 3.5 mm olmalıdır.
6. çinde en az 20 adet titanyum küçük klip bulunmalıdır.
7. Klabin a zındaki dokunun kaymasını önlemek için klip kapanı ı doku üzerinde distal uçtan ba lamalıdır.
8. Klip atıcı effaf yapıda olmalı ve içerisindeki klip sayısı görülebilmelidir veya bu özellik göstergeyle desteklenmelidir.
9. Steril paketli malzeme en az 3 (üç) yıl miyadlı olmalıdır.
10. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
11. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
12. Numune uzman ekip tarafından denendikten sonra kesin karar verilecektir.
13. Malzemeye ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeye de i tirme garantisi verilmelidir.

**TB12663**

**OTOMAT K KL P ATICI 11.5 MM(30 ADET)**

1. Klip atıcı açık cerrahi için kullanıma uygun olmalıdır.
2. ağıft uzunlu u en az 25 cm olmalıdır.
3. nce açılı a zı ile görüşü kolaylı ı sa lamalı, ligasyon yerine ula ım için ilave mobilizasyona gerek bırakmamalıdır.
4. Kliplerin dokuda kapandıktan sonra kaymaması için üzerindeki çıkıntı ve girintilerin birbirine kenetlenmesini sa layacak super interlock sistemi bulunmalıdır.
5. Klabin dokuda kapanmadan önce çene a ız açıklı ı en az 3.5 mm, kapandıktan sonraki uzunlu u en az 5.8 mm olmalıdır.
6. çinde en az 20 adet titanyum küçük klip bulunmalıdır.
7. Klabin a zındaki dokunun kaymasını önlemek için klip kapanı ı doku üzerinde distal uçtan ba lamalıdır.
8. Klip atıcı effaf yapıda olmalı ve içerisindeki klip sayısı görülebilmelidir veya bu özellik göstergeyle desteklenmelidir.
9. Steril paketli malzeme en az 3 (üç) yıl miyadlı olmalıdır.
10. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
11. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
12. Numune uzman ekip tarafından denendikten sonra kesin karar verilecektir.
13. Malzemeye ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeye de i tirme garantisi verilmelidir.

**TB12664**

**OTOMAT K KL P ATICI 13 MM(30 ADET)**

1. Klip atıcı açık cerrahi için kullanıma uygun olmalıdır.
2. ağıft uzunlu u en az 30 cm olmalıdır.
3. nce açılı a zı ile görüşü kolaylı ı sa lamalı, ligasyon yerine ula ım için ilave mobilizasyona gerek bırakmamalıdır.
4. Kliplerin dokuda kapandıktan sonra kaymaması için üzerindeki çıkıntı ve girintilerin birbirine kenetlenmesini sa layacak super interlock sistemi bulunmalıdır.
5. Klabin dokuda kapanmadan önce çene a ız açıklı ı en az 6 mm, kapandıktan sonraki uzunlu u en az 10 mm olmalıdır.
6. çinde en az 15 adet titanyum küçük klip bulunmalıdır.
7. Klabin a zındaki dokunun kaymasını önlemek için klip kapanı ı doku üzerinde distal uçtan ba lamalıdır.
8. Klip atıcı effaf yapıda olmalı ve içerisindeki klip sayısı görülebilmelidir veya bu özellik göstergeyle desteklenmelidir.

9. Steril paketli malzeme en az 3 (üç) yıl miyadlı olmalıdır.
10. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
11. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
12. Numune uzman ekip tarafından denendikten sonra kesin karar verilecektir.
13. Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle de i tirme garantisi verilmelidir.

TB18275

OTOMAT K L NEER KAPATICI STAPLER 60 MM (KALIN DOKU)(30 ADET)

1. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Çift sıra titanyum sadece zımba atmalıdır.
3. Stapler üzerinde zımba yüklü bir kartu hazır gelmelidir.
4. Aynı hasta üzerinde en az 7 (yedi) kez kartu de i tirebilmeli, üzerindeki ile birlikte toplam en az 8 (sekiz) kez ate leme yapabilmelidir.
5. Kapanma esnasında dokunun dı arı kaymasını engellemek için çenelerin ucunda doku tutucu çubuk bulunmalıdır.
6. Tutaç üzerinde birincisi dokuyu çenelere tespit eden, ikincisi ate lemeyi yapan iki kol bulunmalıdır.
7. Stapler ergonomik yapıda olmalı ve tek elle rahatlıkla kullanılabilirdir.
8. Zımbalar 2.0 mm yüksekli e sıkı malıdır.
9. Zımba eni en az 4.0 mm, bacak uzunlu u en az 4.8 mm olmalıdır.
10. Zımba teli çapı en fazla 0.28 mm olmalıdır.
11. Kartu içinde en az 20 zımba bulunmalıdır.
12. Zımba hattı uzunlu u en az 60±2 mm olmalıdır.
13. Stapler çeneleri düzgün zımba formasyonu için birbirine tam paralel konumda kapanmalıdır.
14. Tutaç üzerinde tespit kolunu açmaya yarayan bir dü me bulunmalıdır.
15. Bo kartu la doku travması olmaması için kolları kilitleyen bir güvenlik mekanizması olmalıdır.
16. Stapler aftı en az 30 cm uzunlukta olmalıdır.
17. Çene açıklı ı en az 18 mm olmalıdır.
18. Aynı stapler üzerine hem normal, hem de kalın doku kartu ları takılabilmelidir.
19. Stapler çeneleri çalı ılan bölgeye rahat girmesi için ince yapılı olmalıdır.
20. Teklif veren firmanın ürünü aynı ebatlardaki kartu la uyumlu çalı abilecek yapıda olmalı ve firma her ikisine de teklif vermelidir.
21. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
22. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
23. Numune uzman ekip tarafından denendikten sonra kesin karar verilecektir.
24. Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle de i tirme garantisi verilmelidir.

\*\*\* stekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm do rudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.