

T.C.NECMETT N ERBAKAN ÜN VERS TES MERAM TIP  
FAKÜLTES HASTANES

TEKL F STEME FORMU

stem No : 49469 11.06.2018  
Alım No : 18/1563  
Talep Eden Birim : ÇOCUK YEN DO AN YO UN BAKIM ÜN TES  
Konu : ÇOCUK YEN DO AN YO UN BAKIM ÜN TES Ç N 1 KALEM MALZEME ALIM  
Son Teslim Tarih & Saat : 25.06.2018 14:00

HT YAÇ L STES

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	DEZENFEKTAN (KÜVEZ TEM ZLEY C)			200,00	ADET		

A A İDA YER ALAN HUSUSLAR DAR ARTNAME HÜKÜMLER N OLU TURMAKTADIR.  
DO RUDAN TEM N ALIMLARINDA TEKL F VEREN F RMALAR DAR ARTNAMEDEK HUSUSLARI KABUL ETM SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmi se yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli ka ıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve ka eler açık bir ekinde yazılı olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Do rudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler : Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlı ının belirlemi oldu u ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

KÜVÖZ DEZENFEKTAN ARTNAMES

1. Kullanıma hazır olmalıdır,solüsyon orijinal ambalajında bulunmalı,üzerinde formülasyonu kullanım ekli üretim ve son kullanma tarihlerini belirtir Türkçe etiket olmalıdır
2. Ürünler 1000 ml?lik ambalajlarda olmalı her solüsyon için manuel sprey aplikatörü verilmelidir.
3. Orijinal raf ömrü en az 2(iki) yıl olmalıdır.Uyarı i aretleri ambalaj üzerinde gösterilmelidir.
4. Cildi ve solunum yollarını tahri eden alerjik reaksiyonlara yol açan toksik ve iritan etkisi olmamalı,hastaların bulundu u ortamda dahi güvenle kullanılabilmelidir.
5. Yüksek materyal uyumu olmalı, tıbbi, cerrahi aletlere, optik sistemlere zarar vermemeli metal, plastik, cam malzemeleri olumsuz etkilenmemeli , fonksiyonunu bozmamalıdır.
6. Kullanılan dezenfektan etkin maddesi/maddeleri Bakteriler ( Mycobacteriumtuberculosis, metisilin dirençli staphylococcus aureus, vankomisin dirençli enterokoklar ve ço ul dirençli enterokoklar ve ço ul dirençli gram-negatif basiller), candidaalbicans dahil mantarlar , virüslere (HBV, HIV, HCV rotavirüs, dahil) kar ı etkili olmalıdır
7. Alkolsüz ve aldehitsiz formülasyon özelli ine sahip olmalıdır.Kokusuz ve renksiz olmalıdır.
8. Uygulandı ı yüzeyde dezenfektan artı ına ba lı leke ve artık bırakmadan,silme gerektirmeden kendili inden hızlı koruma özelli i olmalıdır.
9. 30 saniye gibi hızlı etki süresine sahip olmalıdır.
10. Yüklenici firma mabalaj açıldı ında kullanıma uygun olmayan ,hatalı ,bozuk oldu u tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz de i tirilecektir.
11. Ürünler hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından de erlendirilecektir.

\*\*\* stekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm do rudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.