



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

İstem No: 46546
İstem Yapan Birim: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP MERKEZİ
İstem Tipi: DAYANIKLI TAŞINIR

.../.../2018

YAKLAŞIK MALİYET

Sıra	Malın / İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Açıklama	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı
1	ENFRARUJ LAMBA CİHAZI	1,00	ADET			

Açıklama: Teklifler KDV'siz olarak verilecektir.

ENFRARUJ LAMBA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz en yüksek ısıyı vücut bölgesinde ve yüzeyde meydana getirerek ılımlı veya kuvvetli terapatik etkilere yol açabilecek bir sisteme sahip
2. Lamba hastaya göre pozisyonlandırılabilir
3. Cihaz 60 dakikalık bir tedavi zaman ayarlayıcısına sahiptir ve tedavi süresi bitiminde otomatik olarak kapanır
4. IR ampulün gücü 250 watt 'tır. Güç Harcama toplam 750 watt Seyyar ve portatif yapıdadır
5. Cihaz 220 V 50 Hz Şehir ceyranı ile çalışır
6. Nikelaj kaplama, Kilitli tekerlek, Otomatik Kapanma, Yükseklik ve açı ayarlı, Farklı Lamba kombinasyonları(UR,IR,UV,IR)ve 3 adet Lambası olmalıdır
7. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantilidir