



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

İstem No: 46799
İstem Yapan Birim: ÇOCUK NÖROLOJİSİ POLİKLİNİĞİ 3
İstem Tipi: DAYANIKLI TAŞINIR

.../.../2018

YAKLAŞIK MALİYET

Sıra	Malın / İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Açıklama	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı
1	OTOSKOP - OFTALMASKOP SETİ (SABİT)	1,00	ADET			

Açıklama: Teklifler KDV'siz olarak verilecektir.

OFTALMASKOP – OTOSKOP DUVAR ÜNİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Duvara monte olacak olan ünitenin 3.5 metre sipiralli esnek kablolarla bağlı iki adet sap olmalıdır.
- 2- Optisense tipi sensorlar duvar ünitesine takıldığında çıkarıldığında tutamağı otomatik olarak açıp kapatmalıdır.
- 3- Alet başlıklarını ayrıca korumak için kitleme bilezikleri olmalıdır.
- 4- Oftalmaskop başının ampülü 3.5V Halojen ışık olmalıdır.
- 5- Oftalmaskopun Tek dioptri kademelerinde ayrı lens kullanılabilirmeli
- 6- Otoskop başının ampülü 3.5 V Halojen ışık olmalıdır.
- 7- Oftalmaskopta, Kataraktlı gözlere bakmayı kolaylaştıran opaklık ayarı olmalı.
- 8- Cihaz ile birlikte aynı marka speculum ünitesi ve 100 adet disposable spekulum olacaktır.
- 9- 220V ile çalışmalıdır.